

Onroerend Erfgoed

Joke Buijs
K. Albert II-laan 19, bus 5
1210 BRUSSEL

8 februari 2013

Analyseverslag

Monstercode Klant : 2a
Omschrijving : Boorkernen van asbeton
Ontvangstdatum : 23 januari 2013 **Bemonsteringsdatum** : 'Klant'
Monsternemer : 'Klant'
Bestelbon/Offertenr. :

Anorganische parameter

Speciale anorganische analyse

Zie bijlage

Projectverantwoordelijke

Kristof Tirez

Bijlage: Bepaling en Ontsluiting

(CMA en BAM methoden zijn terug te vinden op <http://www.vito.be> ; indien de methodeverwijzing een testcode met structuur MIM-AN-... of MIM-OR-... bevat, behoort de test tot het toepassingsgebied van de accreditatie overeenkomstig NBN EN ISO 17025, cfr. BELAC accreditatiecertificaat Nr. 045-TEST)

Speciale anorganische analyse

Bepaling: Zie omschrijving op document

Speciale anorganische analyse

Vitocode: 20130274

Omschrijving van de bepaling/ontsluiting:

totaal Cr : ED-XRF analyse

CrVI: alkalische digestie + meting ionenchromatografie met spectrofotometrische detectie

Analyseresultaten:

Cr = 54 mg Cr/kg

Cr(VI) = 0.6 mg Cr(VI)/kg